Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji
im. Edmunda Wojtyły
32-310 Jaroszowiec ul. Kolejowa 1 a
woj. małopolskie
tel.0-32/64-28-031, 64-28-090 fax 0-32/64-28-100
REGON 000294214 NIP 637-12-65-836
www.wschp.pl

Jaroszowiec, 02.07.2018r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

DOTYCZY: odpowiedzi na wniesione zapytania do SIWZ
w zadaniu pn.:
"Zakup łóżek dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły".
Znak sprawy: ZP/08/2018.

Pytanie nr 1.

1. Czy zamawiający dopuści łóżko szpitalne bez funkcji autoregresji oparcia pleców (pkt. 6 tabeli „Parametry techniczno-eksploatacyjne ") wyposażone w barierki boczne?

Odpowiedź na pytanie nr 1 : *Zamawiający nie dopuszcza*

Pytanie nr 2.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentami leża wypełnionymi siatką stalową mocowana na stałe?
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez autoregresji oparcia pleców?
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z autoregresja oparcia pleców 90mm?
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 405-805mm?
5. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 990mm?
6. Czy zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 860mm?
7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem szerokości 840mm

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Ad.1 Zamawiający nie dopuszcza,
Ad.2 Zamawiający nie dopuszcza,
Ad.3 Zamawiający dopuszcza
Ad.4 TAK - parametr techniczno – eksploatacyjny podlegający ocenie zgodnie z SIWZ
Ad.5 TAK - parametr techniczno – eksploatacyjny podlegający ocenie zgodnie z SIWZ
Ad.6 TAK - parametr techniczno – eksploatacyjny podlegający ocenie zgodnie z SIWZ,
Ad.7 TAK - parametr techniczno – eksploatacyjny podlegający ocenie zgodnie z SIWZ,

Pytanie nr 3

1. Czy Zamawiający dopuści łóżka z centralną blokadą kół oraz blokada kierunkową?

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentami leża wypełnionymi tworzywowymi płytami z polipropylenu wciskanymi w segmenty?

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji
im. Edmunda Wojtyły
32-310 Jaroszowiec ul. Kolejowa 1 a
woj. małopolskie
tel.0-32/64-28-031, 64-28-090 fax 0-32/64-28-100
REGON 000294214 NIP 637-12-65-836
www.wschp.pl

3. Czy Zamawiający dopuści łóżka ze szczytami wykonanymi ze stali lakierowanej proszkowo wypełnionymi płytą HPL?
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 380-810mm?
5. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 990mm?
6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z autoregresją oparcia pleców wynoszącą 90mm?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Ad.1 Zamawiający dopuści,
Ad.2 Zamawiający nie dopuszcza
Ad.3 Zamawiający dopuszcza ,
Ad.4 TAK - parametr techniczno – eksploatacyjny podlegający ocenie zgodnie z SIWZ,
Ad.5 TAK - parametr techniczno – eksploatacyjny podlegający ocenie zgodnie z SIWZ,
Ad.6 Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4

1. Czy Zamawiający w pkt3. dopuści łóżko gdzie segmenty leża wypełnione są metalowymi, profilowanymi, lakierowanymi proszkowo lamelami, przymocowanymi na stałe do leża. Szerokość pojedynczej lameli 80 mm? Taka konstrukcja leża jest rozwiązaniem pozwalającym na dużo lepsze niż w przypadku siatki utrzymanie higieny i czystości leża, nie mówiąc o wpływie na żywotność materaca..

2. Czy Zamawiający ze względu na podaną w pkt 8 górną granicę podniesienia leża 810 mm, wymaga do każdego łóżka kompletu poręczy bocznych ??

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Ad.1 Zamawiający nie dopuszcza,
*Ad.2 Zamawiający **akceptuje** każde stanowiące dodatkowe wyposażenie łóżek ponad ujęte w SIWZ zwiększające ich funkcjonalność oraz walory użytkowe*

Pytanie nr 5

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w centralna blokadę kół?
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego leże wypełnione jest odejmowanymi panelami z tworzywa ABS, dużo łatwiejszymi do dezynfekcji niż metalowa siatka i dającymi lepsze wsparcie dla materaca?
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacja wysokości w zakresie 350 – 750 mm? Z materacem o grubości 10 cm daje to wysokość 850 mm.

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji
im. Edmunda Wojtyły
32-310 Jaroszowiec ul. Kolejowa 1 a
woj. małopolskie
tel.0-32/64-28-031, 64-28-090 fax 0-32/64-28-100
REGON 000294214 NIP 637-12-65-836
www.wschp.pl

4. Czy Zamawiający oczekuje łóżka z barierkami bocznymi? Wydaje się, że przy funkcji regulacji wysokości barierki boczne powinny stanowić wyposażenie łóżka.
5. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne z tworzywa ABS, dzielone, opuszczane przy pomocy jednej ręki, chroniące pacjenta na całej długości leża, również w pozycji siedzącej?
6. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w 4 panele sterujące umieszczone w barierkach bocznych (2 od strony zewnętrznej dla personelu i 2 od strony wewnętrznej dla pacjenta) w miejsce przewodowego pilota? Jest to rozwiązanie, które rzadziej ulega uszkodzeniom mechanicznym.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Ad.1 Zamawiający dopuści o ile łóżko posiada blokadę kierunkową
Ad.2 Zamawiający nie dopuszcza
Ad.3 TAK - parametr techniczno – eksploatacyjny podlegający ocenie zgodnie z SIWZ,
*Ad.4 Zamawiający **akceptuje** każde stanowiące dodatkowe wyposażenie łóżek ponad ujęte w SIWZ zwiększające ich funkcjonalność oraz walory użytkowe*
*Ad.5 Zamawiający **akceptuje** każde stanowiące dodatkowe wyposażenie łóżek ponad ujęte w SIWZ zwiększające ich funkcjonalność oraz walory użytkowe*
Ad.6 Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z segmentami leża wypełnionymi stalową siatką mocowaną na stałe?
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w szczyty metalowe lakierowane proszkowo z wypełnieniem z płyty HPL?
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w szczyty tworzywowe wykonane z polipropylenu?
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne , którego długość całkowita wynosi 2180 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Ad.1 Zamawiający nie dopuszcza
Ad.2 Zamawiający dopuszcza
Ad.3 Zamawiający nie dopuszcza
Ad.4 TAK - parametr techniczno – eksploatacyjny podlegający ocenie zgodnie z SIWZ,

Wskazane powyżej wyjaśniania treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część. Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, na stronie internetowej http://www.wschp.pl/index.php/aktualne-zamowienia-publiczne/ zamieścił niniejsze wyjaśnienia treści Specyfikacji.

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjnych
Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc
i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły
mgr inż. Karolina Wojteszewska