

Jaroszewiec, dnia 27.04.2018 r.

Oznaczenie sprawy: ZP.I.2.224/04/18

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
PPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
"Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu rehabilitacyjnego dla Małopolskiego Szpitala Chorób
Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły - Szyna CPM do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i
kolanowego. "

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA NR 1

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp) oraz zapisów SIWZ, odpowiada na zapytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) złożone w przedmiotowym Postępowaniu.

Pytania nr 1

Czy Zamawiający dopuści szynę CPM posiadającą większy zakres ruchu wyprost/zgięcie kolana: od 0° do 135° wyposażoną w pamięć opartą na kartach pacjenta co daje nieograniczoną ilość indywidualnych zapisów parametrów terapii?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby szyna CPM posiadała na wyposażeniu całkowicie niezależną przystawkę (urządzenie) do ćwiczeń czynnych opartych na oporze elastycznym z 6-cio stopniowym systemem oporu, stanowiącą kontynuację procesu rehabilitacji i zdecydowanie go przyspieszając, pasującą do wszystkich typów szyn CPM dostępnych na rynku?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Wskazane powyżej wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące i stanowią jej integralną część. Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Dyrektor
Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc
i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły
mgr Krzysztof Grzesik

