

Jaroszowiec, 06.05.2019 r.

ZP/01/2019

**DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO**

**Odpowiedź na pytania nr 1**

**Dotyczy: Dostawa produktów leczniczych dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły z siedzibą w Jaroszowcu. Znak postępowania ZP/01/2019**

**PYTANIE NR 1**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych z zakresem hematokrytu, wynoszącym przynajmniej 20-60%? Informujemy, że paski z węższym zakresem korekty hematokrytu (np. 35-60%) mogą dawać nieprawidłowe wyniki pomiarów u dzieci poniżej 6. roku życia, niemowląt i u kobiet w ciąży, gdyż fizjologiczne wartości hematokrytu u takich pacjentów mogą być niższe niż 35%.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga w/w pasków.**

**PYTANIE NR 2**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometru z funkcją wyrzutu zużytego paska testowego za pomocą przycisku? Wyrzutnik paska zwiększa higienę i bezpieczeństwo pracy personelu, eliminując bezpośredni kontakt personelu z krwią pacjenta przy każdorazowym usuwaniu paska z glukometru.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga w/w pasków.**

**PYTANIE NR 3**

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym, gdyż paski takie przechodzą na terenie RP okresową weryfikację na szczeblu urzędowym pod kątem prawidłowości informacji zawartych w instrukcjach obsługi i na oznakowaniach oraz aktualności posiadanych certyfikatów? Refundacja pasków testowych skłania również wykonawcę do zapewnienia ciągłości dostaw pasków na terenie kraju; praktyka rynkowa ostatnich lat pokazała, że wiele rodzajów pasków testowych nier refundowanych zostało wycofanych z rynku, bądź też brak dostępności i możliwości zakupu takich pasków, pomimo tego, że teoretycznie paski te są wciąż zarejestrowane.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga w/w pasków.**

**PYTANIE NR 4**

Czy Zamawiający wymaga pasków testowych zasysających próbkę krwi o objętości do 0,5 mikrolitra z czasem pomiaru do 5s?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga w/w pasków.**

**PYTANIE NR 5**

Czy Zamawiający wymaga nieodpłatnego dostarczania płynów kontrolnych służących do kontroli poprawności działania pasków testowych i glukometru, o dacie przydatności do użycia wynoszącej 6 miesięcy po pierwszym otwarciu fiolki? Informujemy, że bez takiego zastrzeżenia wykonawca może zaoferować płyny kontrolne odpłatnie, a praktyka rynkowa pokazuje, że cena takich płynów może przekroczyć cenę pasków testowych.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art.38 ust.2 ustawy Pzp, na stronie internetowej [www.wschp.pl](http://www.wschp.pl) zamieści niniejsze wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dyrektor  
Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc  
i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły  
mgr Krzysztof Grzesik