

Jarosław, 22.08.2018r.

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

DOTYCZY: odpowiedzi na wniesione zapytania do SIWZ

w zadaniu pn.:

"Zakup i montaż nowoczesnego systemu krioterapii - Kriokomora"

Znak sprawy: ZP/09/2018.

Pytanie nr 1.

1. Jaką minimalną liczbę osób ma Zamawiający na myśli. Dwie czy trzy osoby.

Odpowiedź na pytanie nr 1 :

W rozumieniu Zamawiającego sformułowanie "wieloosobowa" oznacza nie mniej niż 2 osoby

Pytanie nr 2.

2. Prosimy o podanie jakimi parametrami, przepisami prawa bądź wymaganiami kierował się Zamawiający narzucając wykonawcy konkretny materiał zewnętrznego obicia kriokomory
3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego materiału obiciowego kriokomory, który spełnia parametry które Zamawiający określi.
4. W przypadku niedopuszczenia innego materiału obiciowego bądź nie określenia parametrów materiału tożsamego prosimy o konkretne wskazanie parametrów blachy nierdzewnej tj. rodzaj, stop, kolor, klasa.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Ad. 2, 3, 4 Wykończenie zewnętrzne z blach osłonowych nierdzewnych zdaniem Zamawiającego zapewnia maksymalnie długą trwałość, odporność na wszelkie substancje stosowane do dekontaminacji, mycia, czyszczenia oraz konserwacji osłon - zapewniając przez to należyłą czystość a także odporność na potencjalne negatywne czynniki tj. promieniowanie UV, podczerwone oraz zmiany temperatur. Z doświadczenia Zamawiającego wynika, że zastosowanie innych tworzyw czy materiałów wymaga specjalnych procedur konserwacji i doboru specjalnych substancji tytułem utrzymania opisanej czystości. Nadto Zamawiający informuje, że iż wykończenie z blachy nierdzewnej komponuje się z posiadanymi materiałami zastosowanymi na terenie całości infrastruktury Szpitala. Jednocześnie Zamawiający nie wskazuje parametrów charakteryzujących blachy nierdzewnych celem nieograniczania ilości potencjalnych dostawców.

Pytanie nr 3.

5. Czy Zamawiający dopuszcza zużycie na słodzenie 30-40 kg ciekłego powietrza?
6. Czy Zamawiający dopuszcza zużycie w czasie zabiegów 20-30 kg ciekłego powietrza?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Ad.5 Zamawiający nie dopuszcza

Ad.6 Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 4

7. Czy Zamawiający dopuszcza zasilanie kriokomory oparte na ciekłym powietrzu i w układzie wtryskowym, które to jest **bezpieczniejszym rozwiązaniem** (ciekłe powietrze to mieszanina o tych samych parametrach co oddychamy tylko schłodzona do temperatury -190C i bez zanieczyszczeń co w przełożeniu na profil Państwa Szpitala może mieć dodatkowe korzyści), **ekonomicznym niż ciekły azot** (Zużycie jest trzy razy mniejsze co w konsekwencji lat pracy w Szpitalu przełoży się na gigantyczne oszczędności – około 100 000 zł rocznie przy dużym obłożeniu i biorąc pod uwagę nieco większą cenę ciekłego powietrza za kilogram niż azotu), **elastyczniejszym** (wychładzanie kriokomory w 10-15 minut a nie 60-90 minut jak przy układzie wymiennikowym, układ wtryskowy posiada szybki przyrost temperatury który w kilkanaście sekund pozwala obniżyć temperaturę do zadanej a przy układzie wymiennikowym w ciągu całego zabiegu 3 minutowego nie da się osiągnąć temperatury -160C), **osiągającym parametry medyczne** (w kriokomorach z układem wtryskowym temperatura równomiernie rozkłada się na całej powierzchni pacjenta co jest prawdziwą krioterapią ogólnoustrojową a w układzie wymiennikowym krańcowo niską temperaturę mamy tylko do pasa pacjenta). Nadmieniamy iż ciekłe powietrze może również być tankowane do małych zbiorników do krioterapii miejscowej gdyż są to również pary azotu.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Ad.7 Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 5

8. O jaką możliwość Zamawiającemu chodzi? Wg naszej wiedzy możliwość jest zawsze, pytanie tylko czy Zamawiający wymaga takiej instalacji ?
9. Prosimy o określenie długości takiej instalacji co jest niezbędne do wyceny.
10. Jeżeli Zamawiający wymaga instalacji VIP to prosimy o informacje jakimi parametrami, przepisami prawa bądź wymaganiami kierował się Zamawiający narzucając wykonawcy konkretne rozwiązanie, którego jedynym producentem w Polsce jest firma Kriosystem będąca jednocześnie producentem kriokomór co stawia ją w uprzywilejowanej sytuacji podczas postępowania przetargowego.
11. Prosimy i informacje kto personalnie w jednostce Zamawiającego dokonał wyboru instalacji próżniowej jako niezbędnej do kriokomory i posiada tak szeroką wiedzę w tym zakresie. Instalacje próżniowe stosuje się w dużych odległościach (powyżej 60m)

miedzy butlą a kriokomorą, gdyż straty na instalacji wykonanej z miedzi i kauczuku na krótszym odcinku są znikome a koszt 1mb instalacji VIP jest 10 razy większy.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Ad.8 Zamawiający wymaga instalacji takiej jak w opisana w SIWZ

Ad.9 Zamawiający uznaje, iż długość instalacji zależy od proponowanego przez oferenta przebiegu od kriokomory do zaznaczonego miejsca posadowienia butli z azotem (załącznik nr.4, 5, 6 do SIWZ)

Ad.10 W związku z faktem, iż istnieje więcej niż 1 producent instalacji w technologii VIP Zamawiający odrzuca tezę o uprzywilejowaniu jednego potencjalnego oferenta w przebiegu powyższej procedury.

Ad.11 Po wszechstronnej analizie ekonomiczno - funkcjonalnej z uwzględnieniem planowanej możliwości i perspektyw rozwoju podmiotu zdecydowano o przyjęciu technologii przesyłu azotu w instalacji typu VIP

Pytanie nr 6

12. Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu, gdyż w naszej opinii stwarza on zagrożenie w obiekcie Zamawiającego. Zamawiający będzie musiał przez kolejne lata zwracać uwagę na to czy pracownik obsługujący kriokomorę nie jest na chorobowym, ma urlop, bądź nastąpiła jego zmiana gdyż jak tego nie będzie pilnował to kriokomora sama się włączy mimo że obiekt będzie np. zamknięty ze względu na np. nowe święto, które zostanie w przyszłości ustanowione.
13. Jeżeli Zamawiający nie zrezygnuje z tego zapisu a po okresie gwarancji ulegną zmianie dni świąteczne w Polsce to kto będzie to kontrolował i kto zapłaci za wprowadzenie zmian?
14. Jeżeli Zamawiający nie zrezygnuje z tego zapisu to na ile naprzód ma być wpisany kalendarz?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Ad.12, 13, 14 Zamawiający nie zrezygnuje z zapisów SIWZ i odsyła do warunków opisanych w punkcie 11

Wskazane powyżej wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część. Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, na stronie internetowej <http://www.wschp.pl/index.php/aktualne-zamowienia-publiczne/> zamieścił niniejsze wyjaśnienia treści Specyfikacji.

Dyrektor
Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc
i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły
mgr Krzysztof Grzesik