

Jarosław, dnia 18.10.2019r.

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO**

DOTYCZY: Zakup automatycznego systemu do hodowli, wykrywania wzrostu i oznaczania lekowrażliwości prątków dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jarosławcu

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, odpowiada na zapytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej Specyfikacją) złożone w Postępowaniu.

Pytania nr 1.

1. Dotyczy Załącznika nr 1A – Opis przedmiotu zamówienia:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę zapisu:

„Aparat objęty gwarancją producenta na okres od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego do dnia ...”

na następujący:

„Aparat objęty gwarancją producenta na okres miesięcy licząc od dnia następnego, w którym podpisano protokół zdawczo-odbiorczy”

2. Dotyczy wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o poprawienie omyłki pisarskiej we wzorze umowy w numerze postępowania.

3. Dotyczy §5 ust. 2 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o poprawienie omyłki pisarskiej w treści §5 ust. 2 wzoru umowy. Zamiast §2 ust. 1 powinien być §3 ust. 2.

4. Dotyczy pkt. 1 dokumentu gwarancyjnego:

W związku z brakiem określenia terminu przez Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający uzna czas reakcji od zgłoszenia usterki wynoszący odpowiednio:

- odpowiedź telefoniczna: 4 godziny
- przyjazd serwisanta: 2 dni robocze

5. Dotyczy pkt. 2.2) dokumentu gwarancyjnego:

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisu na następujący:

„Graniczny czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji wynosi 14 dni roboczych.”

6. Dotyczy pkt. 3.2) dokumentu gwarancyjnego:

W związku z brakiem określenia terminu przez Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający uzna maksymalny czas usunięcia awarii wynoszący odpowiednio 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zapasowych z granicy 14 dni roboczych.

7. Dotyczy pkt. 3.3) dokumentu gwarancyjnego:

W związku z brakiem określenia terminu przez Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający uzna czas przystąpienia do usunięcia usterek, awarii lub wad wynoszący 2 dni robocze.

8. Dotyczy pkt. 3.9) dokumentu gwarancyjnego:

Zwracamy się z prośbą o usunięcie ww. punktu. Zlecenie usunięcia usterek lub wad podmiotowi innemu niż autoryzowany serwis producenta wiąże się z utratą gwarancji i może grozić nieprawidłową naprawą aparatu przez podmiot nieautoryzowany.

9. Dotyczy pkt. 3.11) dokumentu gwarancyjnego oraz §4 ust. 3 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o usunięcie ww. punktu. W przypadku aparatu będącego przedmiotem tego postępowania nie praktykujemy użyczenia aparatu zastępczego ze względu na gabaryty oraz jego wagę.

Odpowiedzi nr 1

Ad.1.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

Ad.2.

Omyłka pisarska została poprawiona we wzorze umowy w numerze postępowania.

Ad.3.

Omyłka pisarska została poprawiona.

Ad.4.

Zamawiający uzna czas reakcji od zgłoszenia usterki wynoszący odpowiednio:

- odpowiedź telefoniczna: 4 godziny

- przyjazd serwisanta: 2 dni robocze

Ad.5.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

Ad.6.

Zamawiający uznaje czas usunięcia awarii wynoszący odpowiednio 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zapasowych z zagranicy 14 dni roboczych.

Ad.7.

Zamawiający uznaje czas przystąpienia do usunięcia usterek, awarii lub wad wynoszący 2 dni robocze.

Ad.8.

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie pkt. 3.9.

Ad.9.

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie punktów pkt.3.11) dokumentu gwarancyjnego oraz & 4 ust.3 wzoru umowy.

Wskazane powyżej wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, na stronie internetowej <http://www.wschp.pl/index.php/aktualne-zamowienia-publiczne/> zamieścił niniejsze wyjaśnienia treści Specyfikacji.

Dyrektor
Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc
i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły
mgr Krzysztof Grzesik