

Jaroszewiec, dnia 13.02.2020 r.

ODPOWIEDZI NA WNIESIONE ZAPYTANIA

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę odczynników do prowadzenia hodowli prątków w podłożach płynnych w systemie automatycznym BD Bactec MGIT 320; Znak sprawy: ZP 2.225/ZO/01/2020.

1. Dotyczy pkt. 4, pkt 6 Zapytania ofertowego oraz pkt. 3 Wykazu asortymentu:

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przedstawienia oświadczenia o posiadaniu przez oferowane wyroby medyczne certyfikatu CE wraz z numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej.

Oferowane przez nas odczynniki są wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro, w związku z tym w ich certyfikacji nie uczestniczy jednostka notyfikowana, posiadają jedynie deklarację zgodności CE IVD.

Odp: Zamawiający odstępuje od wymogu przedstawienie na deklaracji zgodności CE IVD numeru identyfikującego jednostki notyfikowanej.

2. Dotyczy §7 ust. 2 i 3 projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych do 2% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Dotyczy §7 ust. 5,7 projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na naliczanie kar umownych od wartości brutto niezrealizowanej umowy.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę

4. Dot. załącznika nr 2 „Wykaz asortymentu” pkt 4

W związku z tym, że dystrybuowane przez nas wyroby są wytwarzane poza granicami Polski, instrukcje/ulotki używania wyrobów standardowo powstają w języku angielskim i w tej postaci są wkładane do oryginalnych opakowań.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o odstąpienie od konieczności dostarczenia instrukcji wraz z dostawą w zamian za umożliwienie Zamawiającemu/Użytkownikowi możliwości samodzielnego pobrania instrukcji w języku polskim ze strony internetowej producenta.

**Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji
im. Edmunda Wojtyły**

**32-310 Jaroszewiec ul. Kolejowa 1 a
woj. małopolskie**

tel.0-32/64-28-031, 64-28-090 fax 0-32/64-28-100

REGON 000294214 NIP 637-12-65-836

www.wschp.pl

Odp: Zamawiający odstępuje od konieczności dostarczania instrukcji w języku polskim z każdą dostawą zamawianych sukcesywnie odczynników. Zamawiający prosi o dostarczenie instrukcji w języku polskim tylko z pierwszą dostawą oraz prosi o podanie dokładnego linku strony internetowej, na której instrukcje w języku polskim będą możliwe do pobrania przez Zamawiającego.

5. Dotyczy §4 ust. 5 projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o dodanie zastrzeżenia „dotyczy dni roboczych”, wymagany obecnie że 72 godzinny termin wymiany uszkodzonych produktów jest niewystarczający.

Odp: Zamawiający zgodę na termin wymiany uszkodzonych produktów do 5 dni roboczych.

6. Dotyczy §5 ust. 5 projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dot. rozpatrzenia i zawiadomienia Zamawiającego o zajęтым stanowisku w sprawie reklamacji do 2 dni roboczych. Ze względu na procedury wewnętrzne proponowany obecnie 1 dniowy termin jest niewystarczający.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę..

7. Dot. załącznika nr 2 „Wykaz asortymentu”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do załącznika nr 2 kolumny „numer katalogowy”. Wprowadzenie wymogu określenia numeru katalogowego pozwoli zweryfikować zaoferowany produkt oraz znacznie ułatwi zamawianie zaoferowanych produktów.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do załącznika nr 2 kolumny „numer katalogowy”.

8. Dotyczy załącznika nr 2 „Wykazu asortymentu” pozycja nr 4:

W związku z wycofaniem z portfolio firmy produktu opisanego w pozycji nr 4 :BD BBL TAXO TB Niacin Test Control”, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od konieczności wyceny pozycji nr 4.

Odp: Zamawiający prosi o zaproponowanie innego testu kontrolnego jako kontroli dodatniej do testu niacynowego (tzw. odczynnika równoważnego). W przypadku braku równoważnego odczynnika , Zamawiający odstępuje od konieczności wyceny pozycji nr 4.

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjnych
Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc
i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły
mgr inż. Karolina Wojtaszewska

Kierownik Medycznego Laboratorium
Diagnostyki Prątka Gruźlicy
Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc
i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły
mgr Sylwia Hamerlik-Szupińska