

**Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji
im. Edmunda Wojtyły**

32-310 Jarosław ul. Kolejowa 1a

tel. 0-32/64-28-031, 64-28-090 fax 0-32/64-28-100

REGON 000294214 NIP 637-12-65-836

www.wschp.pl

Nr sprawy: ZP.I.2.224/06/20

Jarosław, dnia 06.07.2020r.

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO**

DOTYCZY: Odpowiedzi na pytania w prowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania pt. „Dostawa łóżek dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jarosławcu” Nr ZP.I.2.224/06/20

Szanowni uczestnicy

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jarosławcu powiadamia zainteresowane strony, że w związku z prowadzonym postępowaniem zostały zadane następujące pytania:

PYTANIA 11

ZADANIE NR 1 50 SZT. ŁÓŻEK

Pytanie 1.

Czy Zamawiający w pkt 1 dopuści łóżko szpitalne o wykonane w nanotechnologii dwutlenku tytanu, dwutlenek tytanu jest nanoszony na wszystkie elementy łóżka, tworząc monolityczną przezroczystą folię, która osiąga twardość i odporność na zarysowania 4H? Dla porównania należy dodać, że powierzchnie łóżka malowane proszkowo, posiadają twardość 2H. Dwutlenek Tytanu posiada właściwości bakteriobójcze porównywalne do srebra.

Nanotechnologia srebra stosowana jest na rynku polskim przez jednego producenta i ten zapis wyraźnie identyfikuje jego wyroby, uniemożliwiając konkurencję.

Odpowiedź: Nie – zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 2.

Czy Zamawiający w pkt 4 dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości leża przy pomocy siłownika elektrycznego sterowane za pomocą pilota w zakresie 395 – 790 mm? Różnica w stosunku do wymagań Zamawiającego jest minimalna i nie ma wpływu na funkcjonalność łóżka.

Odpowiedź: Nie

Pytanie 3.

Czy Zamawiający w pkt 16 dopuści bariery boczne zabezpieczone w nanotechnologii dwutlenku tytanu, dwutlenek tytanu jest nanoszony na wszystkie elementy łóżka, tworząc monolityczną przezroczystą folię, która osiąga twardość i odporność na zarysowania 4H?

Dla porównania należy dodać, że powierzchnie łóżka malowane proszkowo, posiadają twardość 2H. Dwutlenek Tytanu posiada właściwości bakteriobójcze porównywalne do srebra.

Nanotechnologia srebra stosowana jest na rynku polskim przez jednego producenta i ten zapis wyraźnie identyfikuje jego wyroby, uniemożliwiając konkurencję.

Odpowiedź: *Nie – zgodnie z zapisami SIWZ*

ZADANIE NR 2 10 SZT. ŁÓŻEK

Pytanie 1.

Czy Zamawiający w pkt 1 dopuści łóżko szpitalne o wykonane w nanotechnologii dwutlenku tytanu, dwutlenek tytanu jest nanoszony na wszystkie elementy łóżka, tworząc monolityczną przezroczystą folię, która osiąga twardość i odporność na zarysowania 4H? Dla porównania należy dodać, że powierzchnie łóżka malowane proszkowo, posiadają twardość 2H. Dwutlenek Tytanu posiada właściwości bakteriobójcze porównywalne do srebra.

Nanotechnologia srebra stosowana jest na rynku polskim przez jednego producenta i ten zapis wyraźnie identyfikuje jego wyroby, uniemożliwiając konkurencję.

Odpowiedź: *Nie – zgodnie z zapisami SIWZ*

Pytanie 2.

Czy Zamawiający w pkt 4 dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości leża przy pomocy siłownika elektrycznego sterowane za pomocą pilota w zakresie 395 – 790 mm? Różnica w stosunku do wymagań Zamawiającego jest minimalna i nie ma wpływu na funkcjonalność łóżka.

Odpowiedź: *Nie*

Pytanie 3.


Czy Zamawiający w pkt 16 dopuści barierki boczne zabezpieczone w nanotechnologii dwutlenku tytanu, dwutlenek tytanu jest nanoszony na wszystkie elementy łóżka, tworząc monolityczną przezroczystą folię, która osiąga twardość i odporność na zarysowania 4H? Dla porównania należy dodać, że powierzchnie łóżka malowane proszkowo, posiadają twardość 2H. Dwutlenek Tytanu posiada właściwości bakteriobójcze porównywalne do srebra.

Nanotechnologia srebra stosowana jest na rynku polskim przez jednego producenta i ten zapis wyraźnie identyfikuje jego wyroby, uniemożliwiając konkurencję.

Odpowiedź: *Nie – zgodnie z zapisami SIWZ*

Wskazane powyżej odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część.

Wykonawcy zobowiązani są złożyć oferty z uwzględnieniem treści niniejszego pisma.


Dyrektor
Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc
i Rehabilitacji Im. Edmunda Wojtyły
mgr Krzysztof Grzesik
str. 2