

ODPOWIEDZI NA WNIESIONE ZAPYTANIA

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę odczynników do prowadzenia hodowli prątków w podłożach płynnych w systemie automatycznym BD Bactec MGIT 320; Znak sprawy: ZO/01/2021.

Pytanie nr 1

Dotyczy załącznika nr 2 „Wykazu asortymentu” pozycja nr 4:

W związku z wycofaniem z portfolio firmy produktu opisanego w pozycji nr 4 „BD BBL TAXO TB Niacin Test Control”, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od konieczności wyceny pozycji nr 4.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Dotyczy załącznika nr 2 „Wykaz asortymentu” wymagania dodatkowe pkt 3 oraz pkt 7.4) Zapytania ofertowego:


Zwracam się z prośbą o odstąpienie od konieczności przedłożenia wraz z ofertą ostatnich aktualnych certyfikatów badania w zamian za umożliwienie użytkownikowi samodzielnego pobierania certyfikatów ze strony producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający prosi o podanie aktualnego linku do strony internetowej producenta, umożliwiającą pobranie wymienionych dokumentów.

Dotyczy załącznika nr 2 „Wykaz asortymentu” pozycja nr 5:

Zwracamy się z prośbą o skrócenie wymaganego terminu ważności dla pozycji nr 5 do 4 miesięcy od daty dostawy, ze względu na specyfikę produktu wymagany obecnie 12 miesięczny termin ważności jest niemożliwy do realizacji. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie 4 miesięcznego terminu ważności dla pozycji nr 5 „BD BBL TAXO TB Niacin Test Reagents.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

 str. 1

Pytanie nr 3

Dotyczy pkt. 7.4) i 10.1) Zapytania ofertowego oraz wymagań dodatkowych pkt. 3 Wykazu asortymentu:

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przedstawienia dokumentów i oświadczenia o posiadaniu przez oferowane wyroby medyczne certyfikatu CE wraz z numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej. Oferowane przez nas odczynniki są wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro, w związku z tym w ich certyfikacji nie uczestniczy jednostka notyfikowana, posiadają jedynie deklarację zgodności CE IVD.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4

Dotyczy §7 ust. 2 i 3 projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych do 2% wartości niezrealizowanej dostawy/ reklamowanej części dostawy za każdy dzień.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5

Dotyczy §7 ust. 5.7 projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na naliczanie kar umownych od wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6

Dotyczy pkt. 7.5) i 10.1) Zapytania ofertowego oraz wymagań dodatkowych pkt. 4 Wykazu asortymentu:

W związku z tym, że dystrybuowane przez nas wyroby są wytwarzane poza granicami Polski, instrukcje/ulotki używania wyrobów standardowo powstają w języku angielskim i w tej postaci są wkładane do oryginalnych opakowań. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o odstąpienie od konieczności dostarczenia instrukcji wraz z dostawą w zamian za umożliwienie Zamawiającemu/Użytkownikowi możliwości samodzielnego pobrania instrukcji w języku polskim ze strony internetowej producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający prosi o podanie aktualnego linku do strony internetowej producenta, umożliwiającą pobranie wymienionych dokumentów.



Pytanie nr 7

Dotyczy §4 ust. 5 projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na rozpatrywanie terminu dostawy właściwych odczynników w dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – 3 dni robocze.

Pytanie nr 8

Dotyczy §5 ust. 5 projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dot. rozpatrzenia i zawiadomienia Zamawiającego o zajętych stanowisku w sprawie reklamacji do 2 dni roboczych. Ze względu na procedury wewnętrzne, proponowany obecnie 1 dniowy termin jest niewystarczający.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9

Dot. załącznika nr 2 „Wykaz asortymentu”:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do załącznika nr 2 kolumny „numer katalogowy”. Wprowadzenie wymogu określenia numeru katalogowego pozwoli zweryfikować zaoferowany produkt oraz znacznie ułatwi zamawianie zaoferowanych produktów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10

Dot. załącznika nr 2 „Wykaz asortymentu”:

Czy w kol. „Cena netto za sztukę” Zamawiający miał na myśli podanie ceny netto za jednostkę miary z kol. 3?

Odpowiedź: NIE. Kolumna „Cena netto za sztukę” dotyczy jednostki zbiorczej (opakowanie/zestaw) – patrz. Kolumna 5.


Dyrektor
Krajoznawczego Szpitala Chorób Płuc
i Rehabilitacji Im. Edmunda Wojtyły
mgr Krzysztof Grzesik

