

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

32-310 Jarosław ul. Kolejowa 1a

www.wschp.pl

tel. 32 64-28-090, fax 32 64-28-100, e-mail: sekretariat@wschp.pl

REGON 000294214

NIP 637-12-65-836

znak sprawy: ZP.I.2.224/WKR/1/23

Jarosław, 12.04.2023 r.

Protokół częściowy nr 1

Z przebiegu Wstępnych Konsultacji Rynkowych na

„Zakup i montaż nowoczesnego systemu krioterapii”

ZAMAWIAJĄCY :

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jarosławcu

32-310 Jarosław, ul. Kolejowa 1a,

KRS: 0000030254 NIP 637 12 65 836, REGON 000294214

Dane kontaktowe Zamawiającego:

tel: 32 64 28 090, fax: 32 64 28 100, adres poczty elektronicznej sekretariat@wschp.pl,

I. Podstawa prawna

Wstępne Konsultacje Rynkowe (zwane dalej WKR) prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego: <https://www.wschp.pl/zaproszenie-do-udzialu-w-dialogu-technicznym/>

II. Przedmiot konsultacji

Zamawiający dnia **03.04.2023** r. ogłosił na swojej stronie internetowej Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z przygotowaniem postępowania o dzielenie zamówienia publicznego na **Zakup i montaż nowoczesnego systemu krioterapii**, w zadaniu inwestycyjnym pn.: Dostawa wyposażenia w sprzęt do budynku ORD i rehabilitacji ambulatoryjnej oraz dostawa wyposażenia w budynku głównym MSCHPIR – realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi 14. REACT – EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce pn.: „Budowa odrębnego pawilonu rehabilitacji, w tym ukierunkowana na minimalizację następstw po przebytej chorobie wywołanej Covid-19” 14.1 RPO (nr RPMP.14.01.00-12-0006/22).

III. Do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych w dniu 05.04.2023 zgłosił się podmiot:

„MAXImus” s.c. z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 4, 71-173 Szczecin

www.kriokomora.com

IV. Przebieg konsultacji rynkowych z Wykonawcą:

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

32-310 Jaroszewiec ul. Kolejowa 1a

www.wschp.pl

tel. 32 64-28-090, fax 32 64-28-100, e-mail: sekretariat@wschp.pl

REGON 000294214

NIP 637-12-65-836

Zamawiający w odpowiedzi na zgłoszenie Wykonawcy, w dniu **11.04.2023 r.** przesłał drogą mailową zaproszenie do udziału w spotkaniu online w dniu **12.04.2023 r.** o godz. 11:00 z wykorzystaniem aplikacji Teams.

W spotkaniu uczestniczyli:

- ze strony Zamawiającego: Ewelina Kamionka, Kamil Glanowski, Patrycja Szygulska-Wójcik, Monika Pawlik, , Marta Bromblik, Barbara Grzanka

-ze strony Wykonawcy: Pan Robert Klejdysz

Wykonawca zajmuje się produkcją wyrobów medycznych, głównie kriokomór. Wykonawca w czasie spotkania online przedstawił Zamawiającemu dwa rodzaje zasilania kriokomór dostępnych na rynku, tj. wymiennikowe i wtryskowe oraz opisał różnice w ich funkcjonowaniu, polegające m.in. na zastosowaniu różnego rodzaju czynnika chłodzącego (ciekły azot lub sprężone powietrze) oraz wydajności poszczególnych rozwiązań.

Wykonawca zwrócił uwagę Zamawiającemu na sposób tankowania zbiornika zasilającego kriokomorę. W stosunku do tankowania tzw. grawitacyjnego, korzystniejsze jest tankowanie zbiornika za pomocą pompy, którą należy podłączyć do zasilania o natężeniu 63A zlokalizowanego z pobliżu zbiornika. Spotkanie umożliwiło Zamawiającemu pozyskanie informacji niezbędnych do właściwego opisu przedmiotu zamówienia, a także wskazało istotne elementy konieczne do zrealizowania inwestycji.

Wstępne konsultacje rynkowe były przeprowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, nie wywarły przez uczestnika wpływu na zamawiającego na ukierunkowanie na przykład opisu przedmiotu zamówienia i w żaden sposób potencjalnie nie preferowały danego rozwiązania ani też przedstawionej technologii.

Uwagę Wykonawcy zwróciły drzewa rosnące w pobliżu możliwych miejsc posadowienia zbiornika kriogenicznego. W celu zapewnienia bezpiecznego dojazdu oraz prawidłowej eksploatacji zbiornika i instalacji kriogenicznej, należy rozważyć konieczność wycięcia niektórych drzew.

Podpisy uczestników ze strony Zamawiającego:

- 1) ..*Ewelina Kamionka*
- 2) ..*Kamil Glanowski*
- 3) ...*Patrycja Szygulska-Wójcik*
- 4) ..*Monika Pawlik*
- 5) ..*Marta Bromblik*
- 6)*Barbara Grzanka*

Zatwierdził:

Dyrektor
Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc
i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły
mgr Krzysztof Grzesik

str. 2

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły
32-310 Jarosław ul. Kolejowa 1a
www.wschp.pl
tel. 32 64-28-090, fax 32 64-28-100, e-mail: sekretariat@wschp.pl
REGON 000294214 NIP 637-12-65-836

znak sprawy: ZP.I.2.224/WKR/1/23

Jarosław, 12.04.2023 r.

Protokół częściowy nr 2

Z przebiegu Wstępnych Konsultacji Rynkowych na „Zakup i montaż nowoczesnego systemu krioterapii”

ZAMAWIAJĄCY :

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jarosławcu
32-310 Jarosław, ul. Kolejowa 1a,
KRS: 0000030254 NIP 637 12 65 836, REGON 000294214

Dane kontaktowe Zamawiającego:

tel: 32 64 28 090, fax: 32 64 28 100, adres poczty elektronicznej sekretariat@wschp.pl,

I. Podstawa prawna

Wstępne Konsultacje Rynkowe (zwane dalej WKR) prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego: <https://www.wschp.pl/zaproszenie-do-udzialu-w-dialogu-technicznym/>

II. Przedmiot konsultacji.

Zamawiający dnia **03.04.2023 r.** ogłosił na swojej stronie internetowej Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z przygotowaniem postępowania o dzielenie zamówienia publicznego na **Zakup i montaż nowoczesnego systemu krioterapii**, w zadaniu inwestycyjnym pn.: Dostawa wyposażenia w sprzęt do budynku ORD i rehabilitacji ambulatoryjnej oraz dostawa wyposażenia w budynek główny MSCHPIR – realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi 14. REACT – EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce pn.: „Budowa odrębnego pawilonu rehabilitacji, w tym ukierunkowana na minimalizację następstw po przebytej chorobie wywołanej Covid-19” 14.1 RPO (nr RPMP.14.01.00-12-0006/22).

III. Do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych w dniu 07.04.2023 zgłosił się podmiot:

Technosfera Mateusz Stójkowski, z siedzibą przy ul. Stanisława Staszica 33/2, 41-200 Sosnowiec

www.technosfera.ms

IV. Przebieg konsultacji rynkowych z Wykonawcą:

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

32-310 Jaroszewiec ul. Kolejowa 1a

www.wschp.pl

tel.32 64-28-090 ,fax 32 64-28-100, e-mail: sekretariat@wschp.pl

REGON 000294214

NIP 637-12-65-836

Zamawiający w odpowiedzi na zgłoszenie Wykonawcy, w dniu **11.04.2023 r.** przesłał drogą mailową zaproszenie do udziału w spotkaniu online w dniu **12.04.2023 r.** o godz. 12:30 z wykorzystaniem aplikacji Teams.

W spotkaniu uczestniczyli:

- ze strony Zamawiającego: Ewelina Kamionka, Kamil Glanowski, Patrycja Szygulska-Wójcik, Monika Pawlik, Marta Bromblik, Barbara Grzanka

-ze strony Wykonawcy: Pan Mateusz Stójkowski

Wykonawca działa w branży gazów i kriogeniki, głównie zbiorników na azot, tlen i argon. Zamawiający pozyskał informacje na temat konieczności pozyskania pozwolenia na budowę przy zastosowaniu zbiornika 6-tonowego. Istnieje możliwość wykorzystania zbiornika stacjonarnego lub zbiornika przenośnego osadzonego na utwardzonym podłożu. Na rynku dostępne jest również rozwiązanie pozwalające na montaż „przedłużki” służącej do tankowania, która umożliwi przetankowanie samochodu z większej odległości od zbiornika, bez konieczności bezpośredniego podejżdżania, a tym samym konieczności utwardzania dodatkowej powierzchni. Wykonawca zwrócił uwagę na fakt, iż zbiorniki podlegają nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego. Wykonawca poinformował Zamawiającego, iż posiada zdolność do realizacji pełnego zakresu zamówienia, tj. dostawy kriokomor wraz ze zbiornikiem i wykonania instalacji niezbędnych do kompleksowej realizacji inwestycji. Wykonawca wskazał firmy Linde oraz Messer, zajmujące się dostawą gazów medycznych mających zastosowanie w kriokomorach. Uwagę Wykonawcy zwróciły drzewa rosnące w pobliżu możliwych miejsc posadowienia zbiornika kriogenicznego. W celu zapewnienia bezpiecznego dojazdu oraz prawidłowej eksploatacji zbiornika i instalacji kriogenicznej, należy rozważyć konieczność wycięcia niektórych drzew.

Wstępne konsultacje rynkowe były przeprowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, nie wywarły przez uczestnika wpływu na zamawiającego na ukierunkowanie na przykład opisu przedmiotu zamówienia i w żaden sposób potencjalnie nie preferowały danego rozwiązania ani też przedstawionej technologii.

Podpisy uczestników ze strony Zamawiającego:

1. *Kamionka Ewelina*
2. *Glanowski Kamil*
3. *Szygulska-Wójcik Patrycja*
4. *Pawlik Monika*
5. *Bromblik Marta*
6. *Grzanka Barbara*

Zatwierdził:

Dyrektor
Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc
i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły
mgr Krzysztof Grzesik

str. 2

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

32-310 Jarosław ul. Kolejowa 1a

www.wschp.pl

tel. 32 64-28-090, fax 32 64-28-100, e-mail: sekretariat@wschp.pl

REGON 000294214

NIP 637-12-65-836

znak sprawy: ZP.I.2.224/WKR/1/23

Jarosław, 13.04.2023 r.

Protokół częściowy nr 3

Z przebiegu Wstępnych Konsultacji Rynkowych na

„Zakup i montaż nowoczesnego systemu krioterapii”

ZAMAWIAJĄCY :

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jarosławcu

32-310 Jarosław, ul. Kolejowa 1a,

KRS: 0000030254 NIP 637 12 65 836, REGON 000294214

Dane kontaktowe Zamawiającego:

tel: 32 64 28 090, fax: 32 64 28 100, adres poczty elektronicznej sekretariat@wschp.pl,

I. Podstawa prawna

Wstępne Konsultacje Rynkowe (zwane dalej WKR) prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego: <https://www.wschp.pl/zaproszenie-do-udzialu-w-dialogu-technicznym/>

II. Przedmiot konsultacji.

Zamawiający dnia **03.04.2023** r. ogłosił na swojej stronie internetowej Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z przygotowaniem postępowania o dzielenie zamówienia publicznego na **Zakup i montaż nowoczesnego systemu krioterapii**, w zadaniu inwestycyjnym pn.: Dostawa wyposażenia w sprzęt do budynku ORD i rehabilitacji ambulatoryjnej oraz dostawa wyposażenia w budynku głównym MSCHPIR – realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi 14. REACT – EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce pn.: „Budowa odrębnego pawilonu rehabilitacji, w tym ukierunkowana na minimalizację następstw po przebytej chorobie wywołanej Covid-19” 14.1 RPO (nr RPMP.14.01.00-12-0006/22).

III. Do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych w dniu 07.04.2023 zgłosił się podmiot:

Metrum Cryoflex Sp. z o.o., ul. Zielna 29, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego k/ Warszawy

<https://www.metrum.com.pl/>

IV. Przebieg konsultacji rynkowych z Wykonawcą:

Zamawiający w odpowiedzi na zgłoszenie Wykonawcy, w dniu **11.04.2023** r. przesłał drogą mailową zaproszenie do udziału w spotkaniu online w dniu **13.04.2023** r. o godz. 12:30 z wykorzystaniem aplikacji Teams.

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

32-310 Jaroszewiec ul. Kolejowa 1a

www.wschp.pl

tel.32 64-28-090 ,fax 32 64-28-100, e-mail: sekretariat@wschp.pl

REGON 000294214

NIP 637-12-65-836

W spotkaniu uczestniczyli:

- ze strony Zamawiającego: Ewelina Kamionka, Kamil Glanowski, Patrycja Szygulska-Wójcik, Monika Pawlik, Marta Bromblik , Barbara Grzanka

-ze strony Wykonawcy: Pani Anna Garbaty

Wykonawca zajmuje się produkcją aparatury medycznej, w tym urządzeń do krioterapii. W czasie spotkania online przedstawiciel Wykonawcy opisał działanie kriokomory zasilanej sprężonym powietrzem. Oferowaną kriokomorę cechuje możliwość wykorzystania metody dezynfekcji ozonem. Wykonawca nie zajmuje się dostarczaniem zbiorników zasilających kriokomorę i nie posiada ich w swojej ofercie, co nie wyklucza, jednak jego możliwości udziału w postępowaniu oraz złożenia oferty. Zamawiający poprosił o udostępnienie informacji o działających kriokomorach zamontowanych przez firmę w lokalizacji najbliższej Szpitala. Uwagę Wykonawcy zwróciły drzewa rosnące w pobliżu możliwych miejsc posadowienia zbiornika kriogenicznego. W celu zapewnienia bezpiecznego dojazdu oraz prawidłowej eksploatacji zbiornika i instalacji kriogenicznej, należy rozważyć konieczność wycięcia niektórych drzew.

Wstępne konsultacje rynkowe były przeprowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, nie wywarły przez uczestnika wpływu na zamawiającego na ukierunkowanie na przykład opisu przedmiotu zamówienia i w żaden sposób potencjalnie nie preferowały danego rozwiązania ani też przedstawionej technologii.

Podpisy uczestników ze strony Zamawiającego:

- 1) *Kamionka Ewelina*
- 2) *Glanowski Kamil*
- 3) *Szygulska-Wójcik Patrycja*
- 4) *Pawlik Monika*
- 5) *Bromblik Marta*
- 6) *Grzanka Barbara*

Zatwierdził:
Dyrektor
Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc
i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły
mgr Krzysztof Grzesik

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły
32-310 Jarosław ul. Kolejowa 1a
www.wschp.pl
tel.32 64-28-090 ,fax 32 64-28-100, e-mail: sekretariat@wschp.pl
REGON 000294214 NIP 637-12-65-836

znak sprawy: ZP.I.2.224/WKR/1/23

Jarosław, 13.04.2023 r.

Protokół częściowy nr 4

Z przebiegu Wstępnych Konsultacji Rynkowych na

„Zakup i montaż nowoczesnego systemu krioterapii”

ZAMAWIAJĄCY :

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jarosławcu
32-310 Jarosław , ul. Kolejowa 1a,
KRS: 0000030254 NIP 637 12 65 836, REGON 000294214

Dane kontaktowe Zamawiającego:

tel: 32 64 28 090, fax: 32 64 28 100 , adres poczty elektronicznej sekretariat@wschp.pl,

I. Podstawa prawna

Wstępne Konsultacje Rynkowe (zwane dalej WKR) prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego: <https://www.wschp.pl/zaproszenie-do-udzialu-w-dialogu-technicznym/>

II. Przedmiot konsultacji.

Zamawiający dnia **03.04.2023 r.** ogłosił na swojej stronie internetowej Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z przygotowaniem postępowania o dzielenie zamówienia publicznego na **Zakup i montaż nowoczesnego systemu krioterapii**, w zadaniu inwestycyjnym pn.: Dostawa wyposażenia w sprzęt do budynku ORD i rehabilitacji ambulatoryjnej oraz dostawa wyposażenia w budynku głównym MSCHPIR – realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi 14. REACT – EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce pn.: „Budowa odrębnego pawilonu rehabilitacji, w tym ukierunkowana na minimalizację następstw po przebytej chorobie wywołanej Covid-19” 14.1 RPO (nr RPMP.14.01.00-12-0006/22).

III. Do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych w dniu 07.04.2023 zgłosił się podmiot:

Creator Sp. z o.o., ul. Lotnicza 37 , 54-154 Wrocław

IV. Przebieg konsultacji rynkowych z Wykonawcą:

Zamawiający w odpowiedzi na zgłoszenie Wykonawcy, w dniu **11.04.2023 r.** przesłał drogą mailową zaproszenie do udziału w spotkaniu online w dniu **13.04.2023 r.** o godz. 13:30 z wykorzystaniem aplikacji Teams.

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

32-310 Jaroszewiec ul. Kolejowa 1a

www.wschp.pl

tel. 32 64-28-090, fax 32 64-28-100, e-mail: sekretariat@wschp.pl

REGON 000294214

NIP 637-12-65-836

W spotkaniu uczestniczyli:

- ze strony Zamawiającego: Ewelina Kamionka, Kamil Glanowski, Patrycja Szygulska-Wójcik, Monika Pawlik, Marta Bromblik, Barbara Grzanka

- ze strony Wykonawcy: Pan Robert Kalisz

Wykonawca zajmuje się produkcją urządzeń do krioterapii ogólnoustrojowej. W swojej ofercie posiada kriokomory zasilane ciekłym azotem zapewniające obserwację pacjenta w trakcie zabiegu. Wykonawca zasugerował rozważenie możliwości dzierżawy zbiornika zasilającego kriokomorę.

Uwagę Wykonawcy zwróciły drzewa rosnące w pobliżu możliwych miejsc posadowienia zbiornika kriogenicznego. W celu zapewnienia bezpiecznego dojazdu oraz prawidłowej eksploatacji zbiornika i instalacji kriogenicznej, należy rozważyć konieczność wycięcia niektórych drzew.

Wstępne konsultacje rynkowe były przeprowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, nie wywarły przez uczestnika wpływu na zamawiającego na ukierunkowanie na przykład opisu przedmiotu zamówienia i w żaden sposób potencjalnie nie preferowały danego rozwiązania ani też przedstawionej technologii.

Podpisy uczestników ze strony Zamawiającego:

1. *Kamionka Ewelina*2. *Glanowski Kamil*3. *Szygulska-Wójcik Patrycja*4. *Pawlik Monika*5. *Bromblik Marta*6. *Grzanka Barbara*

Zatwierdził:

Dyrektor
Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc
i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły
mgr Krzysztof Grzesik

str. 2