

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły
32-310 Jaroszewiec ul. Kolejowa 1a
www.wschp.pl
tel. 32 64-28-090, fax 32 64-28-100, e-mail: sekretariat@wschp.pl
REGON 000294214 NIP 637-12-65-836

znak sprawy: ZP.I.2.224/WKR/1/23

Jaroszewiec, 13.04.2023 r.

Protokół częściowy nr 5

Z przebiegu Wstępnych Konsultacji Rynkowych na

„Zakup i montaż nowoczesnego systemu krioterapii”

ZAMAWIAJĄCY :

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu
32-310 Jaroszewiec, ul. Kolejowa 1a,
KRS: 0000030254 NIP 637 12 65 836, REGON 000294214

Dane kontaktowe Zamawiającego:

tel: 32 64 28 090, fax: 32 64 28 100, adres poczty elektronicznej sekretariat@wschp.pl,

I. Podstawa prawna

Wstępne Konsultacje Rynkowe (zwane dalej WKR) prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego: <https://www.wschp.pl/zaproszenie-do-udzialu-w-dialogu-technicznym/>

II. Przedmiot konsultacji.

Zamawiający dnia **03.04.2023 r.** ogłosił na swojej stronie internetowej Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z przygotowaniem postępowania o dzielenie zamówienia publicznego na **Zakup i montaż nowoczesnego systemu krioterapii**, w zadaniu inwestycyjnym pn.: Dostawa wyposażenia w sprzęt do budynku ORD i rehabilitacji ambulatoryjnej oraz dostawa wyposażenia w budynku głównym MSCHPIR – realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi 14. REACT – EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce pn.: „Budowa odrębnego pawilonu rehabilitacji, w tym ukierunkowana na minimalizację następstw po przebytej chorobie wywołanej Covid-19” 14.1 RPO (nr RPMP.14.01.00-12-0006/22).

III. Do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych w dniu 07.04.2023 r. zgłosił się podmiot:

Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin

IV. Przebieg konsultacji rynkowych z Wykonawcą:

Zamawiający w odpowiedzi na zgłoszenie Wykonawcy, w dniu **11.04.2023 r.** przesłał drogą mailową zaproszenie do udziału w spotkaniu online w dniu **12.04.2023 r.** o godz. 14:00 z wykorzystaniem aplikacji

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

32-310 Jarosław ul. Kolejowa 1a

www.wschp.pl

tel.32 64-28-090 ,fax 32 64-28-100, e-mail: sekretariat@wschp.pl

REGON 000294214

NIP 637-12-65-836

Teams, jednakże Wykonawca w wyniku własnej decyzji, nie uczestniczył w zaplanowanym spotkaniu online. Wykonawca to producent i dystrybutor sprzętu rehabilitacyjnego. Zamawiający zapoznał się z kartami katalogowymi oferowanego sprzętu jakim jest kriokomora 2-3 osobowa - składająca się z kabiny wstępnej (przedsionka) i kabiny głównej (zabiegowej) wraz z aneksem technicznym opartej na systemie zasilania bezpośrednim wtryskiem gazu (syntetyczne powietrze) do komory zabiegowej.

Uczestnicy konsultacji ze strony Zamawiającego zapoznali się z udostępnionymi dokumentami, lecz nie wywarło to wpływu na zamawiającego na jego ukierunkowanie np. opisu przedmiotu zamówienia lub preferowanie danego rozwiązania, czy też przedstawionej technologii.

Podpisy uczestników ze strony Zamawiającego:

1. *Hamionka Ewelina*
2. *Glawoski Kamił*
3. *Seygulska-Wojcik*
4. *Pawlik Monika*
5. *Brugulski Adam*
6. *Polman*

Zatwierdził:

Dyrektor
Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc
i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły
mgr Krzysztof Grzesik

